

**Requisiti Organizzativi Generali**

Denominazione della struttura:

**Str. ambulatoriale monospécialistica**Istanza di: *Accreditamento***Tipo struttura***Struttura ambulatoriale monospécialistica non allibata entro strutture di ricovero***SGRT.1.1B.004**

È previsto un inventario delle apparecchiature in dotazione ed un registro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, anche ai fini dei controlli di sicurezza e di qualità?

**SGRU.1.1B.003**

Vengono indicate le generalità, le qualifiche ed il ruolo professionale degli operatori della struttura, tenendo presenti i volumi e le tipologie di attività individuate?

**SROR.1.1B.002**

Sono definite l'organizzazione e le modalità con le quali si intendono garantire l'assistenza e le prestazioni correlate all'autorizzazione (orari di apertura, modalità di accesso etc.)?

**SRST.1.1X.001**

Esistono due aree operative ove sono effettuate le prestazioni odontoiatriche?

**SRST.1.1X.002**

Esiste un locale destinato alle pratiche di decontaminazione e sterilizzazione dello strumentario operativo?

**SRST.1.1X.003**

Esiste una zona destinata ai servizi di segreteria e ad attività amministrativa?

**SRST.1.1X.004**

Esiste un locale adibito a spogliatoio?

**SRST.1.1X.005**

Esiste un servizio igienico per il pubblico ed uno per il personale di studio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 626/94 e successive integrazioni e modifiche?

**SRST.1.1X.006**

Esiste una sala d'attesa

**Requisiti Specifici**

Denominazione della struttura: *Str. ambulatoriale mono specialistica*

**Prestazione:**

**Macro attività:**

**Attività:**

SDTE.2.1.033

Il direttore tecnico è in possesso della specializzazione nella branca specialistica specifica per la quale la struttura è autorizzata ad erogare prestazioni?

SROR.2.1.019

Durante lo svolgimento della attività ambulatoriale è prevista la presenza di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte?

SROR.2.1.020

E' prevista la presenza di una unità infermieristica durante l'orario di apertura del presidio, ove necessario, in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogare?

SROR.2.1.021

E' prevista la presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta?

**SRST.1.2.001**

Tutti i presidi, in relazione alla tipologia delle attività svolte, sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi sulle materie espresse in nota?

**SSH.1.1B.005**

E' previsto un sistema di compilazione, conservazione ed archiviazione dei documenti comprovanti l'attività sanitaria svolta, ai sensi del D.P.R. n. 31/8/99?

**SYM.1.1B.006**

Viene effettuato al proprio interno o si partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità, favorendo il coinvolgimento di tutto il personale?

**SYM.1.1B.007**

I laboratori di analisi, di anatomia patologica, istologia e citologia prevedono attività di controllo interne ed esterne e partecipano a programmi di miglioramento della qualità?

**SYM.1.1B.008**

Sono predisposte procedure tecniche facilmente accessibili, portate a conoscenza degli operatori?

**Prestazione :**  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SROR.2.1.027

Il referto contiene, ove previsti, le conclusioni diagnostiche e l'indicazione degli accertamenti e/o terapie e/o programmi riabilitativi?

SROR.2.1.028

Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente?

SROR.2.1.029

Una copia del referto viene consegnata all'utente?

SROR.2.1.030

Ove vengano eseguite procedure invasive, sono presenti, in relazione al tipo di attività, adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione di materiali e/o strumenti impiegati per interventi invasivi per vie naturali, solo sterilizzazione per interventi invasivi per vie neofornate?

SROR.2.1.030bis

L'orario di accesso alle prestazioni è compatibile con la corretta esecuzione delle stesse?

**Prestazione :**  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SROR.2.1.022

Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portare in evidenza la data della scadenza stessa e vengono conservati con modalità adeguate?

SROR.2.1.023

E' esposto un elenco che identifica le prestazioni erogate per singolo presidio, esplicitando quelle eseguite direttamente all'interno del presidio e/o all'interno dell'azienda e quelle eseguite indirettamente?

SROR.2.1.024

Le prestazioni effettuate sono registrate e corredate dalle generalità riferite all'utente?

SROR.2.1.025

Il referto contiene la data di erogazione della prestazione, la tipologia della prestazione e l'identificazione utente?

SROR.2.1.026

Sul referto è presente l'identificazione del responsabile e la sua firma (la firma deve risultare leggibile)?

**Prestazione :**  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SRQR.2.1.031

In base alla tipologia delle prestazioni da erogare, i turni di lavoro sono articolati in modo da che consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle attrezzature complesse disponibili?

SRQR.2.1.032

Sono adottate misure al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa e i disagi per gli utenti?

SRST.2.1.002

I locali e gli spazi risultano correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?

SRST.2.1.003

Sono individuati spazi specifici per le funzioni direzionali e gli spazi per l'attesa, l'accettazione e le attività amministrative?

SRST.2.1.006

Lo spazio per l'attesa è dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?

**Prestazione :**  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SRST.2.1.007

I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?

SRST.2.1.008

Il servizio per gli utenti è collocato sullo stesso piano della sala d'attesa ed è facilmente raggiungibile?

SRST.2.1.009

La sala per l'esecuzione delle prestazioni garantisce il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi, ove le prestazioni da erogare lo richiedono?

SRST.2.1.010

Esiste uno spazio o dei locali per deposito di materiale pulito?

SRST.2.1.011

Esiste uno spazio o dei locali per deposito di materiale sporco?

**Prestazione :**  
**Macro attività :**  
**Attività :**

SRST.2.1012

Esiste uno spazio o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?

SRST.2.1013

Esiste uno spazio o dei locali per la refezione, ove necessario?

SRST.2.1014

In tutti i locali sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni?

SRST.2.1015

E' predisposto un lavabo con comandi non manuali in sala visita?

SRST.2.1016

Esiste un impianto telefonico per utenti a disposizione nello spazio attesa o in altro spazio ad esso limitrofo?

SRTE.2.1017

Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?

SRTE.2.1018

E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Cardiologia  
**Attività:**

SRQR.2.1.1D.012

Il personale sanitario è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate a seconda dei vari settori?

SRQR.2.1.1D.012

Il personale sanitario è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate a seconda dei vari settori?

SRQR.2.1.1D.012

Il personale sanitario è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate a seconda dei vari settori?

SRST.2.1.1D.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

SRST.2.1.1D.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Cardiologia  
**Attività:**

SRST.2.1.1D.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Cardiologia  
**Attività:** Ecocardiografia

SRQR.2.1.1D.013

Per l'ecocardiografia è garantita la presenza di un cardiologo durante l'esecuzione delle indagini?

SRQR.2.1.1D.014

Per l'ecocardiografia è garantita la disponibilità di una unità infermieristica nell'ambito del presidio?

SRQR.2.1.1D.015

Per l'ecocardiografia transesofagea, ecostress, ergometria, durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza contemporanea di un cardiologo e di un'unità infermieristica?

SRST.2.1.1D.002

Nel caso in cui si effettui ecocardiografia transesofagea ed ecostress la sala per l'esecuzione delle prestazioni è di dimensioni adeguate a consentire facile accesso ad almeno due operatori, a facilitarne il movimento in caso di manovre rianimatorie e ad ospitare le ulteriori attrezzature specifiche?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Cardiologia  
**Attività:** Ecocardiografia

SRTE.2.1.1D.004

Per l'ecocardiografia è presente un ecocardiografo mono e bidimensionale, con sistema doppler pulsato, continuo ed a codice di colore, dotato di almeno due sonde, una a bassa ed una ad alta frequenza, con sistema automatico interno di misurazioni e con monitoraggio elettrocardiografico?

SRTE.2.1.1D.005

Per le strutture che effettuano ecocardiografia transesofagea sono disponibili dispositivi atti alla rianimazione cardiopolmonare?

SRTE.2.1.1D.006

Per le strutture che effettuano ecostress sono presenti un elettrocardiografo a 3 canali, uno sfigmomanometro a mercurio montato su colonna, mobile, con bracciali di varie dimensioni e dispositivi atti alla rianimazione cardiopolmonare?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Cardiologia  
**Attività :** Ergometria

SRQR.2.1.1D.015

Per l'ecocardiografia transtoracica, ecostress, ergometria, durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza contemporanea di un cardiologo e di un'unità infermieristica?

SRST.2.1.1D.003

La sala per l'esecuzione delle prestazioni di ergometria è di dimensioni adeguate a consentire facile accesso ad almeno due operatori, a facilitare il movimento in caso di manovre rianimatorie e ad ospitare le ulteriori attrezzature specifiche?

S RTE.2.1.1D.007

Per l'ergometria esiste un poligrafo con monitor minimo 3 canali monitorati in continuo e 12 derivazioni visualizzabile e possibilità di stampa immediata di ecg 12 derivazioni?

S RTE.2.1.1D.008

Per l'ergometria esiste uno sfigmomanometro a mercurio montato su colonna, mobile, con bracciali di varie dimensioni?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Cardiologia  
**Attività :** Elettrocardiografica Dinamica

SRQR.2.1.1D.016

Per l'ecocardiografia dinamica, durante il montaggio dell'apparecchiatura è garantita la presenza di un'unità infermieristica e la disponibilità di un cardiologo nell'ambito del presidio?

S RTE.2.1.1D.011

Per l'ecocardiografia dinamica esiste un analizzatore, un registratore/I e un elettrocardiografo a 3 canali?



**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Cardiologia  
**Attività :** Ergometria

SRTE.2.1.1D.009

Per l'ergometria esiste una pedana scorrevole (elevazione fino al 20%, velocità incrementabili, pedana > 127 x 40 cm., posapiedi laterali, ringhiera frontale e laterale, bottone per arresto d'emergenza, presa d'alimentazione dedicata) e/o cicloergometro a freno elettromagnetico (almeno 300 watt di potenza)?

SRTE.2.1.1D.010

Per l'ergometria sono disponibili dispositivi atti alla rianimazione cardiopolmonare?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Endoscopia  
**Attività :** Endoscopia Invasiva

SRIM.2.1.1E.008

Nella sala per endoscopia sono garantiti un adeguato ricambio d'aria ed un adeguato comfort microclimatico?

SRIM.2.1.1E.009

Lo spazio o il locale per il lavaggio ed l'alta disinfezione è dotato di lavello in acciaio inox fornito di acqua calda e fredda con rubinetteria non manuale?

SRIM.2.1.1E.010

Lo spazio o il locale è dotato di una cappa aspirante nell'ambiente di pulizia-disinfezione degli endoscopi per la protezione dai vapori (es. glutaraldeide), qualora non si disponga di sistemi di lavaggio-disinfezione a circuito chiuso?

SROR.2.1.1E.017

Durante l'intero orario di attività è garantita la presenza di un medico appartenente alla disciplina inerente l'attività svolta?

SROR.2.1.1E.018

Durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza di un'unità infermieristica?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Endoscopia  
**Attività :** Endoscopia Invasiva

SRST.2.1.1E.002

Esiste una sala per endoscopia con spogliatoio?

SRST.2.1.1E.004

Esiste uno spazio o dei locali dedicati all'osservazione?

SRST.2.1.1E.006

Esiste uno spazio o dei locali adeguati per il lavaggio ed l'alta disinfezione degli strumenti?

SRST.2.1.1E.006

Esiste uno spazio o dei locali per la sterilizzazione o accesso regolamentato al servizio di sterilizzazione per gli strumenti ed accessori sterilizzabili o procedura che regolamenti l'affidamento all'esterno?

SRST.2.1.1E.007

Esiste un accesso regolamentato, se richiesto dalla specifica procedura, ad una sala radiologica idonea o la disponibilità nella sala endoscopica delle risorse tecnologiche e professionali di diagnostica radiologica, secondo la normativa vigente?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Endoscopia  
**Attività :** Endoscopia Invasiva

SRQR.2.1.1E.019

E' garantita la disponibilità nel presidio di un medico anestesista in caso di emergenze?

SRQR.2.1.1E.020

Sono presenti protezioni ed abbigliamenti protettivi in presenza di vapori, rischi biologici ed apparecchi radiologici?

SRQR.2.1.1E.021

Il raggiungimento dell'alta disinfezione degli endoscopi e degli accessori viene periodicamente verificato ed i risultati vengono registrati?

SRQR.2.1.1E.022

Esiste un regolamento che preveda i processi da attivare in caso di guasti o rotture improvvisi delle apparecchiature durante l'esecuzione di indagini diagnostiche?

SRST.2.1.1E.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Endoscopia  
**Attività :** Endoscopia Invasiva

SRTE.2.1.1E.011

La dotazione di strumenti ed accessori è correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Endoscopia  
**Attività :** Endoscopia Non Invasiva

SRIM.2.1.1E.008

Nella sala per endoscopia sono garantiti un adeguato ricambio d'aria ed un adeguato comfort microclimatico?

SRIM.2.1.1E.009

Lo spazio o il locale per il lavaggio ed l'alta disinfezione è dotato di lavello in acciaio inox fornito di acqua calda e fredda con rubinetteria non manuale?

SRIM.2.1.1E.010

Lo spazio o il locale è dotato di una cappa aspirante nell'ambiente di pulizia-disinfezione degli endoscopi per la protezione dai vapori (es. glutaraldeide), qualora non si disponga di sistemi di lavaggio-disinfezione a circuito chiuso?

SROR.2.1.1E.017

Durante l'intero orario di attività è garantita la presenza di un medico appartenente alla disciplina inerente l'attività svolta?

SROR.2.1.1E.018

Durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza di un'unità infermieristica?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Endoscopia  
**Attività:** Endoscopia Non Invasiva

SRQR.2.1.1E.019

E' garantita la disponibilità nel presidio di un medico anestesista in caso di emergenze?

SRQR.2.1.1E.020

Sono presenti protezioni ed abbigliamenti protettivi in presenza di vapori, rischi biologici ed apparecchi radiologici?

SRQR.2.1.1E.021

Il raggiungimento dell'alta disinfezione degli endoscopi e degli accessori viene periodicamente verificato ed i risultati vengono registrati?

SRQR.2.1.1E.022

Esiste un regolamento che preveda i processi da attivare in caso di guasti o rotture improvvisi delle apparecchiature durante l'esecuzione di indagini diagnostiche?

SRST.2.1.1E.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Endoscopia  
**Attività:** Endoscopia Non Invasiva

SRST.2.1.1E.002

Esiste una sala per endoscopia con spogliatoio?

SRST.2.1.1E.004

Esiste uno spazio o dei locali dedicati all'osservazione?

SRST.2.1.1E.005

Esiste uno spazio o dei locali adeguati per il lavaggio ed l'alta disinfezione degli strumenti?

SRST.2.1.1E.006

Esiste uno spazio o dei locali per la sterilizzazione o accesso regolamentato al servizio di sterilizzazione per gli strumenti ed accessori sterilizzabili o procedura che regolamenti l'affidamento all'esterno?

SRST.2.1.1E.007

Esiste un accesso regolamentato, se richiesto dalla specifica procedura, ad una sala radiologica idonea o la disponibilità nella sala endoscopica delle risorse tecnologiche e professionali di diagnostica radiologica, secondo la normativa vigente?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Endoscopia  
**Attività:** Endoscopia Non Invasiva

SRTE.2.1.1E.011

La dotazione di strumenti ed accessori è correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate?

SRTE.2.1.1E.012

Per l'endoscopia digestiva e tracheobronchiale, è garantita la presenza di un numero di endoscopi, fonti di luce, accessori tale da permettere il completamento delle indagini terapeutiche anche in caso di guasti o rotture improvvisi?

SRTE.2.1.1E.013

Per l'endoscopia digestiva e tracheobronchiale, esiste un saturimetro digitale per sala endoscopica?

SRTE.2.1.1E.014

Per l'endoscopia digestiva e tracheobronchiale, esiste un lavaendoscopi o idonea attrezzatura per alta disinfezione?

SRTE.2.1.1E.015

Per l'endoscopia digestiva e tracheobronchiale, esiste un carrello per la gestione delle emergenze cardiovascolari e respiratorie completo di attrezzatura per monitoraggio?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina di Laboratorio  
**Attività:**

SROR.2.1.1A.007

Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?

SROR.2.1.1A.007

Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?

SROR.2.1.1A.007

Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?

SROR.2.1.1A.008

E' garantita la presenza di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico o un biologo o un chimico o un medico durante l'esecuzione delle indagini analitiche?

SROR.2.1.1A.008

E' garantita la presenza di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico o un biologo o un chimico o un medico durante l'esecuzione delle indagini analitiche?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina di Laboratorio  
**Attività:**

SROR.2.1.1A.010

Se la responsabilità del laboratorio è affidata ad un laureato in biologia o chimica, è garantita la disponibilità di un medico per le attività professionali di specifica competenza?

SROR.2.1.1A.010

Se la responsabilità del laboratorio è affidata ad un laureato in biologia o chimica, è garantita la disponibilità di un medico per le attività professionali di specifica competenza?

SROR.2.1.1A.011

Per ogni settore specializzato è garantito un responsabile?

SROR.2.1.1A.011

Per ogni settore specializzato è garantito un responsabile?

SROR.2.1.1A.011

Per ogni settore specializzato è garantito un responsabile?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina di Laboratorio  
**Attività:**

SROR.2.1.1A.008

E' garantita la presenza di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico o un biologo o un chimico o un medico durante l'esecuzione delle indagini analitiche?

SROR.2.1.1A.009

E' garantita la presenza di un medico o di un biologo abilitato all'esecuzione del prelievo o di un'unità infermieristica durante l'attività di prelievo?

SROR.2.1.1A.009

E' garantita la presenza di un medico o di un biologo abilitato all'esecuzione del prelievo o di un'unità infermieristica durante l'attività di prelievo?

SROR.2.1.1A.009

E' garantita la presenza di un medico o di un biologo abilitato all'esecuzione del prelievo o di un'unità infermieristica durante l'attività di prelievo?

SROR.2.1.1A.010

Se la responsabilità del laboratorio è affidata ad un laureato in biologia o chimica, è garantita la disponibilità di un medico per le attività professionali di specifica competenza?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Medicina di Laboratorio  
**Attività :**

SROR.2.1.1A.012

E' presente un regolamento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente - con quali procedure ed attrezzature - e quelli che vengono inviati ad altre strutture?

SROR.2.1.1A.012

E' presente un regolamento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente - con quali procedure ed attrezzature - e quelli che vengono inviati ad altre strutture?

SROR.2.1.1A.012

E' presente un regolamento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente - con quali procedure ed attrezzature - e quelli che vengono inviati ad altre strutture?

SROR.2.1.1A.013

Esistono documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Medicina di Laboratorio  
**Attività :**

SROR.2.1.1A.013

Esistono documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti?

SROR.2.1.1A.013

Esistono documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti?

SROR.2.1.1A.014

Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione presentano etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto?

SROR.2.1.1A.014

Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione presentano etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina di Laboratorio  
**Attività:**

SROR.2.1.1A.014

Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione presentano etichette che ne indicano: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto?

SROR.2.1.1A.015

Esiste un sistema di archiviazione che contiene almeno: i risultati degli esami sugli utenti (conservati per almeno un anno) e i risultati dei controlli di qualità interni conservati per almeno un anno e quelli esterni per almeno tre anni e relativa documentazione?

SROR.2.1.1A.015

Esiste un sistema di archiviazione che contiene almeno: i risultati degli esami sugli utenti (conservati per almeno un anno) e i risultati dei controlli di qualità interni conservati per almeno un anno e quelli esterni per almeno tre anni e relativa documentazione?

SROR.2.1.1A.015

Esiste un sistema di archiviazione che contiene almeno: i risultati degli esami sugli utenti (conservati per almeno un anno) e i risultati dei controlli di qualità interni conservati per almeno un anno e quelli esterni per almeno tre anni e relativa documentazione?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina di Laboratorio  
**Attività:**

SROR.2.1.1A.016

Esiste un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno: la preparazione dell'utente agli esami; la modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione, le caratteristiche e la descrizione del metodo analitico impiegato, la modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti?

SROR.2.1.1A.016

Esiste un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno: la preparazione dell'utente agli esami; la modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione, le caratteristiche e la descrizione del metodo analitico impiegato, la modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti?

SROR.2.1.1A.016

Esiste un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno: la preparazione dell'utente agli esami; la modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione, le caratteristiche e la descrizione del metodo analitico impiegato, la modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti?

SS TT.2.1.1A.001

Esiste un'area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale e di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?



**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina di Laboratorio  
**Attività:**

SSTT.2.1.1A.001

Esiste un'area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale e di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?

SSTT.2.1.1A.001

Esiste un'area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale e di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?

SSTT.2.1.1A.002

E' presente un locale per il prelievo che consenta il rispetto della privacy dell'utente?

SSTT.2.1.1A.002

E' presente un locale per il prelievo che consenta il rispetto della privacy dell'utente?

SSTT.2.1.1A.002

E' presente un locale per il prelievo che consenta il rispetto della privacy dell'utente?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina di Laboratorio  
**Attività:**

SSTT.2.1.1A.003

Esiste almeno un locale per l'esecuzione delle analisi o almeno un locale per ogni settore specializzato?

SSTT.2.1.1A.003

Esiste almeno un locale per l'esecuzione delle analisi o almeno un locale per ogni settore specializzato?

SSTT.2.1.1A.003

Esiste almeno un locale per l'esecuzione delle analisi o almeno un locale per ogni settore specializzato?

SSTT.2.1.1A.004

Esistono servizi igienici ad uso esclusivo per il personale?

SSTT.2.1.1A.004

Esistono servizi igienici ad uso esclusivo per il personale?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Medicina di Laboratorio  
**Attività :**

SSTT.2.1.1A.006

Esiste un locale per il trattamento del materiale d'uso?

SSTT.2.1.1A.006

Esiste un locale per il trattamento del materiale d'uso?

SVMQ2.1.1A.017

Il laboratorio svolge programmi di controllo interno di qualità e partecipa a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale?

SVMQ2.1.1A.017

Il laboratorio svolge programmi di controllo interno di qualità e partecipa a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale?

SVMQ2.1.1A.017

Il laboratorio svolge programmi di controllo interno di qualità e partecipa a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Medicina di Laboratorio  
**Attività :**

SSTT.2.1.1A.004

Esistono servizi igienici ad uso esclusivo per il personale?

SSTT.2.1.1A.006

Esiste un locale per le attività amministrative e di archivio?

SSTT.2.1.1A.006

Esiste un locale per le attività amministrative e di archivio?

SSTT.2.1.1A.006

Esiste un locale per le attività amministrative e di archivio?

SSTT.2.1.1A.006

Esiste un locale per il trattamento del materiale d'uso?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina di Laboratorio  
**Attività:**

SVMQ2.1.1A.018

Esiste un opuscolo informativo sul servizio per gli utenti che contiene almeno le modalità di accesso?

SVMQ2.1.1A.018

Esiste un opuscolo informativo sul servizio per gli utenti che contiene almeno le modalità di accesso?

SVMQ2.1.1A.018

Esiste un opuscolo informativo sul servizio per gli utenti che contiene almeno le modalità di accesso?

SVMQ2.1.1A.019

E' possibile effettuare il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana?

SVMQ2.1.1A.019

E' possibile effettuare il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina di Laboratorio  
**Attività:**

SVMQ2.1.1A.019

E' possibile effettuare il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina Nucleare  
**Attività:**

SROR.2.1.1C.015

Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?

SROR.2.1.1C.016

Durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza di un medico specialista in medicina nucleare?

SROR.2.1.1C.017

Durante l'intero orario di apertura è garantita la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica o un medico specialista in radiologia per postazione di lavoro attiva?

SROR.2.1.1C.018

Durante l'intero orario di accesso è garantita la presenza di un'unità infermieristica?

SROR.2.1.1C.019

Nelle strutture con "apparecchiature complesse" è disponibile il fisco sanitario?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina Nucleare  
**Attività:**

SROR.2.1.1C.0121

Vengono comunicati all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti?

SROR.2.1.1C.0122

Prima della effettuazione della procedura diagnostica o terapeutica vengono verificate: a) la possibilità di soddisfare il quesito clinico con procedure che non erogano dose radiante al paziente; b) la possibilità di fornire il supporto diagnostico richiesto mediante utilizzo di una stessa procedura eseguita in tempi precedenti; c) l'assenza di condizioni fisiologiche controindicanti l'impiego di radiazioni ionizzanti?

SROR.2.1.1C.0123

Qualora vi fosse disponibilità di una sola gamma camera, si è provveduto alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di medicina nucleare, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature?

SROR.2.1.1C.0124

La continuità del servizio è in particolare garantita per tutti gli esami?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina Nucleare  
**Attività:**

SRQR.2.1.1C.019 bis

E' attivato di un sistema di controllo di qualità?

SRQR.2.1.1C.020

E' disponibile la documentazione in cui è dichiarata la metodologia, la frequenza, la responsabilità del controllo di qualità delle risorse (strumenti, radiofarmaci, radiodiagnostici, risorse umane), dei risultati (intra ed inter-laboratori), dei processi?

SRST.2.1.1C.001

Esiste un'area, non classificata e di libero accesso al pubblico, dedicata all'accettazione ed attività amministrative?

SRST.2.1.1C.002

Esiste un locale destinato all'attesa degli utenti prima della somministrazione?

SRST.2.1.1C.003

Esiste un locale per la somministrazione all'utente di radio farmaci?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina Nucleare  
**Attività:**

SRST.2.1.1C.004

Esiste una sala di attesa calda per gli utenti iniettati?

SRST.2.1.1C.005

Esiste una zona filtro con locali spogliatoio differenziati?

SRST.2.1.1C.006

Esistono servizi igienici per pazienti che hanno ricevuto somministrazione di radiofarmaci con scarichi controllati?

SRST.2.1.1C.007

Esiste un locale destinato ad ospitare la gamma camera?

SRST.2.1.1C.008

Esiste una camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina Nucleare  
**Attività:**

SRST.2.1.1C.009

In caso di attività diagnostica in vitro, questa è svolta in locali chiaramente separati dall'attività in vivo?

SRTE.2.1.1C.010

Esistono adeguati sistemi di monitoraggio e di misura delle sorgenti radioattive?

SRTE.2.1.1C.011

La gamma camera è connessa con un sistema digitalizzato di acquisizione-elaborazione dati ed immagini e dotata di accessori per "scintigrafia totale corporea" e "tomografia a fotone singolo (spet)"?

SRTE.2.1.1C.012

Si ha a disposizione una dotazione minima di pronto soccorso?

SRTE.2.1.1C.013

Esiste la strumentazione base di un laboratorio di analisi chimico-cliniche, in caso di attività diagnostica in vitro?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Medicina Nucleare  
**Attività:**

SRTE.2.1.1C.014

La strumentazione comprende anche un sistema di misura di radiazioni ionizzanti per campioni biologici?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Radiologia Diagnostica  
**Attività:**

SROR.2.1.1B.021

Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?

SROR.2.1.1B.022

Durante lo svolgimento delle attività diagnostiche è garantita la presenza di un medico specialista in radiodiagnostica o disciplina equipollente?

SROR.2.1.1B.023

Durante l'orario di attività diagnostica è garantita la presenza di un tecnico sanitario di radiologia medica o un medico radiologo per postazione di lavoro attiva?

SROR.2.1.1B.024

Durante l'esecuzione di esami contrastografici è garantita la presenza del medico specialista di radiodiagnostica e di un'unità infermieristica?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Radiologia Diagnostica  
**Attività:**

SROR.2.1.1B.025

Durante l'esecuzione di esami contrastografici con somministrazione per via parenterale di mezzi di contrasto, è garantita la presenza di un medico specialista in anestesia e rianimazione nell'ambito del presidio ovvero di uno specialista in radiologia che abbia conseguito, ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 17/09/1997 l'attestato di frequenza e di idoneità in tecniche rianimatorie di emergenza nella reazioni avverse da mezzi di contrasto?

SROR.2.1.1B.026

È attivato di un sistema di controllo di qualità?

SROR.2.1.1B.027

È garantito il completamento della procedura diagnostica iniziata, mediante procedura specificata in apposito regolamento?

SROR.2.1.1B.028

Vengono comunicati all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Radiologia Diagnostica  
**Attività:**

SRTE.2.1.1B.016

Esiste una dotazione minima di primo soccorso?

SRTE.2.1.1B.019

Le prestazioni di radiologia tradizionale specialistica sono eseguite con apparecchiature dedicate?

SRTE.2.1.1B.020

La dotazione strumentale minima per erogare prestazioni ecografiche è costituita da: un ecografo dotato di almeno due sonde dedicate rispettivamente allo studio delle parti profonde e delle parti superficiali?

SSTT.2.1.1B.001

Esiste un'area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi?

SSTT.2.1.1B.002

Esistono spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Radiologia Diagnostica  
**Attività:**

SRQR.2.1.1B.029

Prima della effettuazione della procedura diagnostica vengono verificate: a) la possibilità di soddisfare il quesito clinico con procedure che non erogano dose radiante al paziente; b) la possibilità di fornire il supporto diagnostico richiesto mediante utilizzo di una stessa procedura eseguita in tempi precedenti c) l'assenza di condizioni fisiologiche controindicanti l'impiego di radiazioni ionizzanti?

SRTE.2.1.1B.013

Esiste un generatore A. T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando?

SRTE.2.1.1B.014

Esiste un tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafio, Potter Bucky, intensificatore di brillantezza con catena televisiva?

SRTE.2.1.1B.015

Esiste un tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante?



**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Radiologia Diagnostica  
**Attività:**

SSTT.2.1.1B.003

I servizi igienici per gli operatori sono distinti da quelli per gli utenti?

SSTT.2.1.1B.004

Esiste una sala per esami di diagnostica TC, qualora previsti, con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti?

SSTT.2.1.1B.005

Esiste una sala per esami di diagnostica RM, qualora previsti, con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti?

SSTT.2.1.1B.006

Esiste un locale per l'esecuzione degli esami ecografici, qualora previsti, con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti?

SSTT.2.1.1B.007

Esiste uno spazio o dei locali per la conservazione e il trattamento del materiale sensibile?

**Prestazione:** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività:** Radiologia Diagnostica  
**Attività:**

SSTT.2.1.1B.008

Esiste un locale per la refertazione?

SSTT.2.1.1B.009

Esiste un'area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori, medici e tecnici?

SSTT.2.1.1B.010

Esiste uno spazio o un locale per il deposito del materiale pulito?

SSTT.2.1.1B.011

Esiste uno spazio o un locale per il deposito del materiale sporco?

SSTT.2.1.1B.012

Esiste uno spazio o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?

**Prestazione :** Prestazioni di diagnostica ambulatoriale  
**Macro attività :** Radiologia Diagnostica  
**Attività :**

SSTT.2.1B.003bis

Esiste una sala di radiodiagnostica con ammessi spazi/spogliatoi per gli utenti?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (I Liv.)  
**Attività :**

SRGE8.13A.001

Ogni struttura erogante la prestazione, sia essa di I - II o III livello, deve prevedere i requisiti organizzativi generali previsti nel D.A. 8/7/04

SROR.8.1.1A.001

E' prevista la presenza di un medico specialista in ginecologia e ostetricia, che assicuri competenza anche in seminologia, quale responsabile delle attività cliniche?

SROR.8.1.1A.002

E' disponibile la consulenza andrologica ed endocrinologica?

SROR.8.1.1A.003

E' disponibile un consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia?

SROR.8.1.1A.004

E' disponibile unità infermieristica e/o ostetrica?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica

**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (I Liv.)

**Attività:**

SRST.8.11A.001

Esiste una sala d'attesa, accettazione, attività amministrativa?

SRST.8.11A.002

Esistono servizi igienici distinti per il personale e per i pazienti?

SRST.8.11A.003

Il locale per le prestazioni sul paziente, garantisce il rispetto della privacy?

SRST.8.11A.004

Esiste un locale idoneo (camera biologica e/o laboratorio) da impiegare per la preparazione del liquido seminale, separato da tutte le altre attività ambulatoriali, collocato all'interno della stessa struttura?

SRST.8.11A.005

Esiste uno spazio/locale per il deposito di materiale pulito?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica

**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (I Liv.)

**Attività:**

SRST.8.11A.006

Esiste uno spazio/locale per il deposito di materiale sporco?

SRST.8.11A.007

Esiste spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazione?

SRTE.8.11A.001

Si dispone di un ecografo con sonda vaginale?

SRTE.8.11A.002

Si dispone di cappa flussolaminare?

SRTE.8.11A.003

Si dispone di centrifuga?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività:**

SRGE8.13A.001

Ogni struttura erogante la prestazione, sia essa di I - II o III livello, deve prevedere i requisiti organizzativi generali previsti nel D.A. 8/7/04

SRIM2.1.1G.011

Nel locale chirurgico vengono garantiti un adeguato ricambio d'aria ed un adeguato comfort microclimatico?

SRIM2.1.1G.012

Nello spazio riservato alla sterilizzazione e preparazione del personale è presente: a) un lavello in materiale resistente agli acidi e alcali fornito di acqua calda e fredda, per la pulizia degli strumenti chirurgici; b) un lavello per il lavaggio dei sanitari con rubinetteria non manuale?

SRIM2.1.1G.013

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20-24°C?

SRIM2.1.1G.014

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (I Liv.)  
**Attività:**

SRTE.8.1.1A.004

Si dispone di microscopio ottico a contrasto di fase?

SRTE.8.1.1A.005

Si dispone di pipettatrice?

SRTE.8.1.1A.006

Si dispone di contenitore criogenico?

SRTE.8.1.1A.007

Si dispone di termostato?

SRTE.8.1.1A.008

Si dispone di attrezzatura per valutazione, preparazione e congelamento del liquido seminale?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività :**

SRIM.2.1.16.015

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura ricambi all'ora (aria esterna senza ricircolo) 15 w/h?

SRIM.2.1.16.016

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura un filtraggio aria del 99,97%?

SRIM.2.1.16.017

Esiste un impianto gas medicali e un impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?

SRIM.2.1.16.018

E' garantita la disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario?

SRIM.2.1.16.019

Si è dotati di stazioni di riduzione delle pressioni per il locale chirurgico doppie per ogni gas medicale tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività :**

SRIM.2.1.16.020

Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

SROR.2.1.16.026

E' approntata, per ogni paziente, una scheda clinica ambulatoriale in cui siano riportate la diagnosi, gli eventuali esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche?

SROR.2.1.16.027

E' approntato un registro ambulatoriale in cui vengono riportati, per ciascun paziente, la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate, i nominativi dell'degli operatori, l'ora d'inizio e fine dell'intervento, il decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze?

SROR.2.1.16.028

Viene redatta una relazione destinata al medico curante e consegnata al paziente al termine della prestazione in cui sono riportati: la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, il tipo e la quantità di anestetici o altri farmaci usati, le eventuali complicanze unitamente ai consigli terapeutici?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività:**

SROR.2.1.16.029

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?

SROR.2.1.16.030

E' garantita la presenza di un medico appartenente alla disciplina inerente l'attività svolta?

SROR.2.1.16.031

E' garantita la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di accesso?

SROR.2.1.16.032

Le attività di sanificazione sono garantite secondo modalità e criteri adeguati?

SROR.2.1.16.033

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale è assicurata la presenza di un anestesista fino al recupero dello stato di vigilanza del paziente?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività:**

SROR.2.1.16.034

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale sono definite e documentate le modalità secondo le quali è organizzata la reperibilità medica durante l'orario di chiusura del presidio?

SROR.2.1.16.035

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale è definito e documentato il rapporto con un presidio, raggiungibile entro un tempo congruo, che garantisca il ricovero in caso di complicanze o di impossibilità al trasferimento del paziente al proprio domicilio?

SROR.2.1.16.036

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale sono rese note al paziente, per iscritto, le modalità per attivare il servizio di pronta disponibilità?

SROR.8.1.1A.001

E' prevista la presenza di un medico specialista in ginecologia e ostetricia, che assicuri competenza anche in seminologia, quale responsabile delle attività cliniche?

SROR.8.1.1A.002

E' disponibile la consulenza andrologica ed endocrinologica?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica

**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)

**Attività:**

SRQR.8.1.1A.003

E' disponibile un consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia?

SRQR.8.1.1A.004

E' disponibile unità infermieristica e/o ostetrica?

SRQR.8.1.2A.001

E' presente medico specialista in ginecologia ed ostetricia, con documentata esperienza specifica nel settore, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte?

SRQR.8.1.2A.002

E' presente un biologo o medico con documentata esperienza di fecondazione in vitro ed embriologia, acquisita tramite frequenza (training specifico) di almeno 6 mesi presso strutture pubbliche o private che adottano tecniche di fecondazione assistita di II livello, comprovata da idonea documentazione/attestazione rilasciata dal responsabile della struttura?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica

**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)

**Attività:**

SRQR.8.1.2A.003

E' presente un'anestesista-rianimatore durante l'esecuzione del prelievo ovocitario e degli spermatozoi (sedazione profonda o anestesia generale senza intubazione)

SRQR.8.1.2A.004

E' disponibile consulenza genetica

SRST.2.1.1G.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

SRST.2.1.1G.002

Esiste una zona di preparazione per il personale addetto costituita da uno spazio da adibire a spogliatoio per il personale sanitario (separato dal locale chirurgico) e uno spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico)?

SRST.2.1.1G.003

Esiste una zona preparazione paziente?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività:**

SRST.2.11G.009

Esiste uno spazio per la sterilizzazione all'interno del locale chirurgico e in comune con lo spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico, con accesso regolamentato?

SRST.2.11G.010

Le superfici sono ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento?

SRST.8.11A.001

Esiste una sala d'attesa, accettazione, attività amministrativa?

SRST.8.11A.002

Esistono servizi igienici distinti per il personale e per i pazienti?

SRST.8.11A.003

Il locale per le prestazioni sul paziente, garantisce il rispetto della privacy?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività:**

SRST.2.11G.004

Esiste uno spazio spogliatoio separato dal locale chirurgico per l'utente che debba subire un atto chirurgico?

SRST.2.11G.005

Esiste un locale chirurgico?

SRST.2.11G.006

Esiste una zona di sosta del paziente e uno spazio di sosta per i pazienti che hanno subito l'intervento?

SRST.2.11G.007

Esiste uno spazio adibito a deposito materiale sterile e strumentario chirurgico costituito da un armadio lavabile per la rimessa dei ferri chirurgici e per la conservazione del materiale sterilizzato, mantenuto in adatte confezioni o cestelli metallici; un armadio lavabile per la rimessa dei farmaci e del materiale monouso?

SRST.2.11G.008

Esiste un locale visita, anche non contiguo, adibito a studio medico per visita o medicazione?



**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica

**Macro attività :** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)

**Attività :**

SRST.8.11A.004

Esiste un locale idoneo (camera biologica e/o laboratorio) da impiegare per la preparazione del liquido seminale, separato da tutte le altre attività ambulatoriali, collocato all'interno della stessa struttura?

SRST.8.11A.005

Esiste uno spazio/locale per il deposito di materiale pulito?

SRST.8.11A.006

Esiste uno spazio/locale per il deposito di materiale sporco?

SRST.8.11A.007

Esiste spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazione?

SRST.8.12A.001

È presente locale laboratorio idoneo per l'esecuzione dei tempi biologici, con adeguato condizionamento e filtrazione d'aria, contiguo alla sala chirurgica?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica

**Macro attività :** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)

**Attività :**

SRST.8.12A.002

È presente idonea sala per il trasferimento di embrioni?

SRTE.2.11G.021

Lo strumentario degli ambulatori chirurgici è in monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e risulta idoneo al tipo di chirurgia esercitata?

SRTE.2.11G.022

Gli arredi utilizzati sono realizzati in acciaio inossidabile o comunque metalli non ossidabili?

SRTE.2.11G.023

Per ogni locale chirurgico si dispone di un lettino chirurgico, di un elettrobisturi, di un aspiratore chirurgico con relativi sondini, di una lampada scialitica, di un tavolino servitore?

SRTE.2.11G.024

Per ogni locale chirurgico si dispone di un supporto per contenitore di rifiuti chirurgici, di un congruo numero di vasche per il lavaggio pre-sterilizzazione dei taglienti, di contenitori per rifiuti speciali taglienti (aghi, lame, etc.), di apparecchiature per il processo di sterilizzazione in mancanza di servizio centralizzato o esterno?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività:**

SRTE.2.1.16.025

Sono presenti, per fronteggiare eventuali emergenze, ad integrazione di quanto previsto come dotazione del carrello un elettrocardiografo e i farmaci necessari in caso di emergenza?

SRTE.8.1.1A.001

Si dispone di un ecografo con sonda vaginale?

SRTE.8.1.1A.002

Si dispone di cappa flussolaminare?

SRTE.8.1.1A.003

Si dispone di centrifuga?

SRTE.8.1.1A.004

Si dispone di microscopio ottico a contrasto di fase?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività:**

SRTE.8.1.1A.006

Si dispone di pipettrice?

SRTE.8.1.1A.006

Si dispone di contenitore criogenico?

SRTE.8.1.1A.007

Si dispone di termostato?

SRTE.8.1.1A.008

Si dispone di attrezzatura per valutazione, preparazione e congelamento del liquido seminale?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia plastica  
**Attività:**

SRIM2.1.11.011

Nel locale chirurgico vengono garantiti un adeguato ricambio d'aria ed un adeguato comfort microclimatico?

SRIM2.1.11.012

Nello spazio riservato alla sterilizzazione e preparazione del personale è presente: a) un lavello in materiale resistente agli acidi e alcali fornito di acqua calda e fredda, per la pulizia degli strumenti chirurgici; b) un tavolo per il lavaggio dei sanitari con rubinetteria non manuale?

SRIM2.1.11.013

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20-24°C?

SRIM2.1.11.014

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita (II Liv.)  
**Attività:**

SRTE.8.12A.001

Esiste per ogni camera biologica la seguente strumentazione: a) 2 incubatori a CO<sub>2</sub>; b) uno stereomicroscopio; c) un invertoscopio; d) un micromanipolatore applicato all'invertoscopio; e) un blocco termostato; f) sistema automatizzato programmabile per il congelamento; g) strumentario per il prelievo degli ovociti; h) strumentario chirurgico per il prelievo degli spermatozoi dalle vie genitali maschili (PESA, TESA)?

SRTE.8.12A.002

E' presente un sistema per filtrazione ad acqua Milli-Q, Bilancia di precisione, pHmetro, osmometro?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia plastica  
**Attività:**

SRIM.2.1.11.020

Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

SROR.2.1.11.026

E' approntata, per ogni paziente, una scheda clinica ambulatoriale in cui siano riportate la diagnosi, gli eventuali esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche?

SROR.2.1.11.027

E' approntato un registro ambulatoriale in cui vengono riportati, per ciascun paziente, la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate, i nominativi dell/degli operatori, l'ora d'inizio e fine dell'intervento, il decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze?

SROR.2.1.11.028

Viene redatta una relazione destinata al medico curante e consegnata al paziente al termine della prestazione in cui sono riportati: la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, il tipo e la quantità di anestetici o altri farmaci usati, le eventuali complicanze unitamente ai consigli terapeutici?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia plastica  
**Attività:**

SRIM.2.1.11.015

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura ricambi all'ora (aria esterna senza ricircolo) 15 w/h?

SRIM.2.1.11.016

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura un filtraggio aria del 99,97%?

SRIM.2.1.11.017

Esiste un impianto gas medicali e un impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?

SRIM.2.1.11.018

E' garantita la disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario?

SRIM.2.1.11.019

Si è dotati di stazioni di riduzione delle pressioni per il locale chirurgico doppie per ogni gas medicale tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?

<b>Prestazione :</b> Assistenza ambulatoriale specialistica <b>Macro attività :</b> Chirurgia plastica <b>Attività :</b>	SROR.2.1.11.034 Sono definite e documentate le modalità secondo le quali è organizzata la reperibilità medica durante l'orario di chiusura del presidio?	SROR.2.1.11.035 E' definito e documentato il rapporto con un presidio, raggiungibile entro un tempo congruo, che garantisca il ricovero in caso di complicanze o di impossibilità al trasferimento del paziente al proprio domicilio?	SROR.2.1.11.036 Sono rese note al paziente, per iscritto, le modalità per attivare il servizio di pronta disponibilità?	SRST.2.1.11.001 I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?	SRST.2.1.11.002 Esiste una zona di preparazione per il personale addetto costituita da uno spazio da adibire a spogliatoio per il personale sanitario (separato dal locale chirurgico) e uno spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico)?
<b>Prestazione :</b> Assistenza ambulatoriale specialistica <b>Macro attività :</b> Chirurgia plastica <b>Attività :</b>	SROR.2.1.11.029 La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?	SROR.2.1.11.030 E' garantita la presenza di un medico appartenente alla disciplina inerente l'attività svolta?	SROR.2.1.11.031 E' garantita la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di accesso?	SROR.2.1.11.032 Le attività di sanificazione sono garantite secondo modalità e criteri adeguati?	SROR.2.1.11.033 Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale è assicurata la presenza di un anestesista fino a recupero dello stato di vigilanza del paziente?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia plastica  
**Attività:**

SRST.2.1.11008

Esiste un locale visita, anche non contiguo, adibito a studio medico per visita o medicazione?

SRST.2.1.11009

Esiste uno spazio per la sterilizzazione all'interno del locale chirurgico e in comune con lo spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico, con accesso regolamentato?

SRST.2.1.11010

Le superfici sono ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento?

SRTE.2.1.11021

Lo strumentario degli ambulatori chirurgici è in monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e risulta idoneo al tipo di chirurgia esercitata?

SRTE.2.1.11022

Gli arredi utilizzati sono realizzati in acciaio inossidabile o comunque metalli non ossidabili?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia plastica  
**Attività:**

SRST.2.1.11003

Esiste una zona preparazione paziente?

SRST.2.1.11004

Esiste uno spazio-spogliatoio separato dal locale chirurgico per l'utente che debba subire un atto chirurgico?

SRST.2.1.11005

Esiste un locale chirurgico?

SRST.2.1.11006

Esiste una zona di sosta del paziente e uno spazio di sosta per i pazienti che hanno subito l'intervento?

SRST.2.1.11007

Esiste uno spazio adibito a deposito materiale sterile e strumentario chirurgico costituito da un armadio lavabile per la rimessa dei ferri chirurgici e per la conservazione del materiale sterilizzato, mantenuto in adatte confezioni o cestelli metallici; un armadio lavabile per la rimessa dei farmaci e del materiale monouso?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Chirurgia plastica  
**Attività :**

SRTE.2.1.11.023

Per ogni locale chirurgico si dispone di un lettino chirurgico, di un elettrobisturi, di un aspiratore chirurgico con relativi sondini, di una lampada sciofittica, di un tavolino servitore?

SRTE.2.1.11.024

Per ogni locale chirurgico si dispone di un supporto per contenitore di rifiuti chirurgici, di un congruo numero di vasche per il lavaggio pre-sterilizzazione dei taglienti, di contenitori per rifiuti speciali taglienti (aghi, lame, etc.), di apparecchiature per il processo di sterilizzazione in mancanza di servizio centralizzato o esterno?

SRTE.2.1.11.025

Sono presenti, per fronteggiare eventuali emergenze, ad integrazione di quanto previsto come dotazione del carrello un elettrocardiografo e i farmaci necessari in caso di emergenza?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Chirurgia Ambulatoriale  
**Attività :**

SRIM2.1.16.011

Nel locale chirurgico vengono garantiti un adeguato ricambio d'aria ed un adeguato comfort microclimatico?

SRIM2.1.16.012

Nello spazio riservato alla sterilizzazione e preparazione del personale è presente: a) un lavello in materiale resistente agli acidi e alcali fornito di acqua calda e fredda, per la pulizia degli strumenti chirurgici; b) un lavello per il lavaggio dei sanitari con rubinetteria non manuale?

SRIM2.1.16.013

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20-24°C?

SRIM2.1.16.014

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia Ambulatoriale  
**Attività:**

SRIM.2.1.16.015

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura ricambi all'ora (aria esterna senza ricircolo) 15 w/h?

SRIM.2.1.16.016

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi in anestesia generale, il locale chirurgico è dotato di un condizionamento ambientale che assicura un filtraggio aria del 99,97%?

SRIM.2.1.16.017

Esiste un impianto gas medicali e un impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?

SRIM.2.1.16.018

E' garantita la disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario?

SRIM.2.1.16.019

Si è dotati di stazioni di riduzione delle pressioni per il locale chirurgico doppie per ogni gas medicale tecnico tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia Ambulatoriale  
**Attività:**

SRIM.2.1.16.020

Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

SROR.2.1.16.026

E' approntata, per ogni paziente, una scheda clinica ambulatoriale in cui siano riportate la diagnosi, gli eventuali esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche?

SROR.2.1.16.027

E' approntato un registro ambulatoriale in cui vengono riportati, per ciascun paziente, la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate, i nominativi dell' degli operatori, l'ora d'inizio e fine dell'intervento, il decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze?

SROR.2.1.16.028

Viene redatta una relazione destinata al medico curante e consegnata al paziente al termine della prestazione in cui sono riportati: la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, il tipo e la quantità di anestetici o altri farmaci usati, le eventuali complicanze unitamente ai consigli terapeutici?



**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia Ambulatoriale  
**Attività:**

SROR.2.1.16.029

La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?

SROR.2.1.16.030

E' garantita la presenza di un medico appartenente alla disciplina inerente l'attività svolta?

SROR.2.1.16.031

E' garantita la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di accesso?

SROR.2.1.16.032

Le attività di sanificazione sono garantite secondo modalità e criteri adeguati?

SROR.2.1.16.033

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale è assicurata la presenza di un anestesista fino al recupero dello stato di vigilanza del paziente?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia Ambulatoriale  
**Attività:**

SROR.2.1.16.034

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale sono definite e documentate le modalità secondo le quali è organizzata la reperibilità medica durante l'orario di chiusura del presidio?

SROR.2.1.16.035

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale è definito e documentato il rapporto con un presidio, raggiungibile entro un tempo congruo, che garantisca il ricovero in caso di complicanze o di impossibilità al trasferimento del paziente al proprio domicilio?

SROR.2.1.16.036

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale sono rese note al paziente, per iscritto, le modalità per attivare il servizio di pronta disponibilità?

SRST.2.1.16.001

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia Ambulatoriale  
**Attività:**

SRST.2.1.16.007

Esiste uno spazio adibito a deposito materiale sterile e strumentario chirurgico costituito da un armadio lavabile per la rimessa dei ferri chirurgici e per la conservazione del materiale sterilizzato, mantenuto in adatte confezioni o cestelli metallici, un armadio lavabile per la rimessa dei farmaci e del materiale monouso?

SRST.2.1.16.008

Esiste un locale visita, anche non contiguo, adibito a studio medico per visita o medicazione?

SRST.2.1.16.009

Esiste uno spazio per la sterilizzazione all'interno del locale chirurgico e in comune con lo spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico, con accesso regolamentato?

SRST.2.1.16.010

Le superfici sono ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento?

SRTE.2.1.16.021

Lo strumentario degli ambulatori chirurgici è in monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e risulta idoneo al tipo di chirurgia esercitata?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia Ambulatoriale  
**Attività:**

SRST.2.1.16.002

Esiste una zona di preparazione per il personale addetto costituita da uno spazio da adibire a spogliatoio per il personale sanitario (separato dal locale chirurgico) e uno spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico)?

SRST.2.1.16.003

Esiste una zona preparazione paziente?

SRST.2.1.16.004

Esiste uno spazio-spogliatoio separato dal locale chirurgico per l'utente che debba subire un atto chirurgico?

SRST.2.1.16.005

Esiste un locale chirurgico?

SRST.2.1.16.006

Esiste una zona di sosta del paziente e uno spazio di sosta per i pazienti che hanno subito l'intervento?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Chirurgia Ambulatoriale  
**Attività:**

SRTE.2.1.16.022

Gli arredi utilizzati sono realizzati in acciaio inossidabile o comunque metalli non ossidabili?

SRTE.2.1.16.023

Per ogni locale chirurgico si dispone di un lettino chirurgico, di un elettrobisturi, di un aspiratore chirurgico con relativi sondini, di una lampada scialifica, di un tavolino servitore?

SRTE.2.1.16.024

Per ogni locale chirurgico si dispone di un supporto per contenitore di rifiuti chirurgici, di un congruo numero di vasche per il lavaggio pre-sterilizzazione dei taglienti, di contenitori per rifiuti speciali taglienti (aghi, lame, etc.), di apparecchiature per il processo di sterilizzazione in mancanza di servizio centralizzato o esterno?

SRTE.2.1.16.025

Sono presenti, per fronteggiare eventuali emergenze, ad integrazione di quanto previsto come dotazione del carrello un elettrocardiografo e i farmaci necessari in caso di emergenza?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Centri Dialitici  
**Attività:**

SDTE.2.1.1H.001

La Direzione di Struttura è affidata ad un medico specialista in nefrologia che non svolge attività in altri Centri?

SDTE.2.1.1H.002

E' prevista la presenza di medico, durante lo svolgimento di ciascun turno di attività dialitica?

SDTE.2.1.1H.003

Per ogni modulo di dodici posti rene è presente almeno un infermiere durante lo svolgimento di ciascun turno di attività dialitica?

SDTE.2.1.1H.004

Per ogni modulo di dodici posti rene è presente un ausiliario per ogni turno?

SROR.2.1.1H.001

Qualora vi fossero emergenze cliniche, si è provveduto alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale, in modo da garantire la continuità terapeutica?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Centri Dialitici  
**Attività:**

SRQR.2.1.H.002

E' stato predisposto un piano di trattamento con le indicazioni delle modalità di presa in carico, della strategia dialitica e terapeutica?

SRQR.2.1.H.003

E' predisposto un consenso informato alla immissione del paziente nel programma di terapia dialitica?

SRQR.2.1.H.004

E' stata predisposta, per ogni trattamento, una scheda dialitica in vengono riportati i dati anagrafici, il tipo di emofiltro utilizzato, il tipo di liquidi e concentrati utilizzati, i farmaci somministrati compresa l'eritropoietina, e le variazioni di peso corporeo e i parametri vitali(frequenza cardiaca e pressione arteriosa)

SRQR.2.1.H.005

Esiste un sistema informatico che archivi le schede dialitiche per un periodo di almeno 5 anni, con l'identificazione dell'operatore.

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Centri Dialitici  
**Attività:**

SROR.2.1.H.006

Sono stati redatti ed applicati protocolli riguardanti la disinfezione delle apparecchiature, dell'impianto di trattamento dell'acqua e del circuito di distribuzione dell'acqua per dialisi, la sanificazione ambientale e lo smaltimento dei rifiuti, controlli chimici e biologici dell'acqua per dialisi

SRST.2.1.H.003

Sono individuati spazi specifici per l'attesa, l'accettazione e le attività amministrative?

SRST.2.1.H.004

La sala dialisi per l'esecuzione delle prestazioni ha una superficie di 9 mq. per posto rene, con spogliatoio e servizio igienico di pertinenza?

SRST.2.1.H.005

Esiste un locale separato per soggetti HbsAg positivi o pazienti critici, con spogliatoio e servizio igienico dedicato?

SRST.2.1.H.006

Esiste un locale per la Direzione di Struttura e per visita pazienti?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Centri Dialitici  
**Attività:**

SRST.2.1.H.007

Esiste una sala medicazioni?

SRST.2.1.H.008

Esiste un locale per analisi?

SRST.2.1.H.009

Esiste uno spogliatorio per il personale: uomini, donne, wc, doccia?

SRST.2.1.H.010

Esiste un locale per deposito di materiale d'uso, attrezzature, strumentazione, adeguato al numero dei posti rene?

SRST.2.1.H.011

Esistono spazi separati e/o armadi per il deposito di materiale pulito e sporco?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Centri Dialitici  
**Attività:**

SRST.2.1.H.012

Esiste un locale per il trattamento delle acque?

SRST.2.1.H.013

Esisten uno spazio interno o esterno per gruppo elettrogeno?

SRST.2.1.H.014

Esiste un riserva idrica?

SRST.2.1.H.015

Esiste una sala chirurgia ambulatoriale in alternativa alla sala medicazioni?

SRTE.2.1.H.001

In sala dialisi si dispone di letti o poltrone?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Centri Dialitici  
**Attività :**

SRTE.2.1.H.002

In sala dialisi si dispone di bilancia  
 pesa-persone?

SRTE.2.1.H.003

In sala dialisi si dispone di monitors per  
 emodialisi?

SRTE.2.1.H.004

In sala dialisi si dispone di monitor di riserva?

SRTE.2.1.H.005

In sala dialisi si dispone di un carrello per la  
 gestione delle urgenze corredato dei relativi  
 farmaci?

SRTE.2.1.H.006

In sala dialisi si dispone di pallone Ambu?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Centri Dialitici  
**Attività :**

SRTE.2.1.H.007

In sala dialisi si dispone di un  
 elettrocardiografo?

SRTE.2.1.H.008

In sala dialisi si dispone di bombole di  
 ossigeno?

SRTE.2.1.H.009

In sala dialisi si dispone di un impianto di  
 climatizzazione dimensionato adeguatamente?

SRTE.2.1.H.010

In sala medicazioni si dispone di strumentazione  
 chirurgico per accessi vascolari temporanei?

SRTE.2.1.H.011

In sala medicazioni si dispone di Lettino per  
 medicazioni?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Centri Dialitici  
**Attività :**

SRTE.2.1.H.012

In sala medicazioni si dispone di una lampada scialitica?

SRTE.2.1.H.013

In sala medicazioni si dispone di una stufa a secco o autoclave?

SRTE.2.1.H.014

In sala medicazioni si dispone di un tavolo per lo strumentario?

SRTE.2.1.H.015

Nel locale per analisi si dispone di attrezzatura per le indagini chimico cliniche relative all'attività interna del centro da eseguirsi mensilmente?

SRTE.2.1.H.016

Nel locale per analisi si dispone di un' emogasanalizzatore?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Centri Dialitici  
**Attività :**

SRTE.2.1.H.017

Si dispone di un gruppo elettrogeno?

SRTE.2.1.H.018

Si dispone di attrezzature per il trattamento delle acque (osmosi inversa)?

SSTO.2.1.H.001

I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono quelli previsti nel decreto assessoriale n. 23390 del 19 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 1998) e successive modifiche ed integrazioni?

SSTO.2.1.H.001

I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono quelli previsti nel decreto assessoriale n. 23390 del 19 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 1998) e successive modifiche ed integrazioni?

SSTO.2.1.H.002

Nel caso in cui vi sia un ambulatorio chirurgico per piccola chirurgia ambulatoriale i requisiti sono quelli descritti nella parte 2, punto 1-g), dell'allegato 1?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Centri Dialitici  
**Attività :**

SSTO.2.1.1H.002

Nel caso in cui vi sia un ambulatorio chirurgico per piccola chirurgia ambulatoriale i requisiti sono quelli descritti nella parte 2, punto 1-g), dell'allegato 1?

**Prestazione :** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività :** Radioterapia  
**Attività :**

SROR.2.1.1F.016

Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate?

SROR.2.1.1F.017

E' garantita la presenza di un medico specialista in radioterapia che deve essere presente per l'intero orario di apertura della struttura?

SROR.2.1.1F.018

E' garantita, per tutto l'orario di apertura al pubblico, la presenza di due tecnici sanitari di radiologia medica che svolgono le operazioni di loro spettanza sotto la costante supervisione del medico specialista in radioterapia?

SROR.2.1.1F.019

E' garantita la presenza di un'unità infermieristica per l'intero orario di accesso?

SROR.2.1.1F.020

E' garantita, indipendentemente dal numero dei pazienti trattabili, la disponibilità del fisico sanitario?



**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Radioterapia  
**Attività:**

SRQR.2.1.1F.021

E' stato attivato un sistema di controllo di qualità?

SRQR.2.1.1F.022

Ad ogni unità di radioterapia è garantita, in caso di necessità, la possibilità di accesso ad un settore di degenza ove sia possibile l'assistenza dei pazienti trattati?

SRQR.2.1.1F.023

Qualora vi sia disponibilità di una sola unità di terapia, si è provveduto alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di radioterapia, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature?

SRST.2.1.1F.001

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?

SRST.2.1.1F.002

Esistono aree di attesa per gli utenti trattati?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Radioterapia  
**Attività:**

SRST.2.1.1F.003

Esistono spazi adeguati per l'accettazione, l'attività amministrativa e l'archivio?

SRST.2.1.1F.004

Esiste una sala di simulazione?

SRST.2.1.1F.005

Esiste un bunker di terapia?

SRST.2.1.1F.006

Esiste un locale per la conformazione dei campi di irradiazione, per la contenzione e la protezione dell'utente in corso di terapia, per la verifica dosimetrica?

SRST.2.1.1F.007

Esiste un locale visita, con annesso un locale per trattamenti farmacologici brevi?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Radioterapia  
**Attività:**

SRST.2.11F.008

Esiste un locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive nel caso in cui vengano utilizzate?

SRST.2.11F.009

I servizi igienici per gli operatori sono distinti da quelli per gli utenti?

SRST.2.11F.010

Esistono uno o più spogliatoi per gli utenti in relazione alle sale di terapia e alle sale visita presenti e comunicanti con le stesse?

SRST.2.11F.011

Esiste un simulatore per radioterapia ovvero la piena disponibilità di una diagnostica radiologica (convenzionale o computerizzata) dedicata alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti?

SRST.2.11F.012

Si ha a disposizione un'unità di terapia a fasci collimati (telecobalto terapia, acceleratore lineare)?

**Prestazione:** Assistenza ambulatoriale specialistica  
**Macro attività:** Radioterapia  
**Attività:**

SRST.2.11F.013

Si ha a disposizione un'attrezzatura per la valutazione della dose singola e dei relativi tempi di trattamento?

SRST.2.11F.014

Si hanno a disposizione apparecchiature per la verifica periodica di dose sul paziente durante l'irradiazione?

SRST.2.11F.015

Si hanno a disposizione apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico?