

Requisiti Organizzativi Generali

Denominazione della struttura:

Studio odontoiatrico**Istanza di:** *Accreditamento***Tipo struttura***Studio Odontoiatrico***SGRT.1.1B.004**

È previsto un inventario delle apparecchiature in dotazione ed un registro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, anche ai fini dei controlli di sicurezza e di qualità?

SGRU.1.1B.003

Vengono indicate le generalità, le qualifiche ed il ruolo professionale degli operatori della struttura, tenendo presenti i volumi e le tipologie di attività individuate?

SROR.1.1B.002

Sono definite l'organizzazione e le modalità con le quali si intendono garantire l'assistenza e le prestazioni correlate all'autorizzazione (orari di apertura, modalità di accesso etc.)?

SRST.1.1X.001

Esistono aree operative ove sono effettuate le prestazioni odontoiatriche?

SRST.1.1X.002

Esiste un locale destinato alle pratiche di decontaminazione e sterilizzazione dello strumentario operativo?

SRST.1.1X.003

Esiste una zona destinata ai servizi di segreteria e ad attività amministrativa?

SRST.1.1X.004

Esiste un locale adibito a spogliatoio?

SRST.1.1X.005

Esiste un servizio igienico per il pubblico ed uno per il personale di studio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche?

SSH.1.1B.005

E' previsto un sistema di compilazione, conservazione ed archiviazione dei documenti comprovanti l'attività sanitaria svolta, ai sensi del D.P.R. n. 318/99?

SRST.1.1X.006

Esiste una sala d'attesa

SYM.1.1B.006

Viene effettuato al proprio interno o si partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità, favorendo il coinvolgimento di tutto il personale?

Lo specialista è responsabile della individuazione di condizioni organizzative che facilitino il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e dei programmi di valutazione e miglioramento delle attività.

SRST.1.2.001

Tutti i presidi, in relazione alla tipologia delle attività svolte, sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi sulle materie espresse in nota?

- 1) caratteristiche ambientali e di accessibilità;
- 2) protezione antincendio;
- 3) protezione acustica;
- 4) sicurezza elettrica e continuità elettrica;
- 5) sicurezza anti-infortunistica;
- 6) igiene dei luoghi di lavoro;
- 7) protezione dai rischi di radiazioni ionizzanti;
- 8) eliminazione delle barriere architettoniche;
- 9) Smaltimento dei rifiuti;
- 10) condizioni microclimatiche;
- 11) impianti di distribuzione dei gas;
- 12) materiali esplosivi;
- 13) lotta alle infezioni ospedaliere;
- 14) piani di emergenza;
- 15) protezione antisismica.

In merito a tali problematiche si ritiene di fare riferimento alle specifiche ed obbligatorie norme nazionali, regionali, locali e, per la prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali.

SYM.1.1B.007

I laboratori di analisi di anatomia patologica, istologia e citologia prevedono attività di controllo interne ed esterne e partecipano a programmi di miglioramento della qualità?

SYM.1.1B.008

Sono predisposte procedure tecniche facilmente accessibili, portate a conoscenza degli operatori?

Requisiti Specifici

Denominazione della struttura: *Studio odontoiatrico*

Prestazione:
Macro attività:
Attività:

SRIM.5.1.035

Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sugli impianti elettrici?

SRIM.5.1.036

Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sull'impianto di messa a terra?

SRIM.5.1.037

Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sullo smaltimento dei rifiuti?

Prestazione:
Macro attività:
Attività:

SRIM.5.1.038

Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sulla radioprotezione (ove previsto)?

SRIM.5.1.039

Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro?

SROR.5.1.001

Si è in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri?

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

SROR.5.1.040

Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative sulla privacy?

SRST.5.1.006

I locali destinati all'esercizio dell'attività professionale privata dell'odontoiatria sono separati da quelli destinati ad altri usi?

SRST.5.1.006

Si dispone di un locale operativo ove sono effettuate le prestazioni professionali, le pratiche di sterilizzazione ed eventualmente le radiografie indorali?

SROR.5.1.002

Si è in possesso della laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione, specializzazione in campo odontoiatrico e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri oppure all'albo provinciale dei medici con annotazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 409/85?

SROR.5.1.003

Si è in possesso della laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo provinciale degli odontoiatri, ai sensi della legge n. 409/85 e della legge n. 471/88?

SROR.5.1.004

Si è dentisti abilitati ai sensi della legge n. 493/30 e iscritti all'albo degli odontoiatri?

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

SRST.5.1007

Esiste una sala d'attesa?

SRST.5.1008

Esiste un servizio igienico?

SRST.5.1009

Gli ambienti dello studio odontoiatrico privato sono in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia urbana inerente gli insediamenti abitativi?

SRST.5.1010

Lo smaltimento delle acque reflue avviene mediante scarichi confluenti direttamente o indirettamente (colonne di scarico del palazzo) nella rete fognaria comunale?

Non si richiede la presenza di specifici pozzi di dispersione giacché gli studi privati di odontoiatria non sono "insediamenti produttivi" e comunque i rifiuti tossici e nocivi, raccolti dagli stessi, vengono smaltiti mediante conferimento a ditte specializzate ed autorizzate, in ossequio alla specifica normativa che regola tale materia

SRST.5.1011

La superficie minima del locale operativo, per riunito odontoiatrico, è di 9 mq.?

Qualora lo studio odontoiatrico sia ubicato in un ammezzato, la superficie minima del locale operativo è aumentata di 1 mq.;

SRST.5.1012

E' individuata una zona da destinare al deposito di materiale vario pulito?

Aree operative

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

SRST.5.1016

Le pareti sono tinteggiate con prodotti lavabili?

Aree operative/Locale destinato alle pratiche di decontaminazione e di sterilizzazione

SRST.5.1017

Sono assicurati un'ottimale illuminazione e un sufficiente ricambio d'aria?

Aree operative

SRST.5.1018

Si dispone di lavabo munito di rubinetteria a comando non manuale, di dispenser per il sapone e di asciugamani monouso?

Aree operative

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

SRST.5.1013

E' individuata una zona da destinare al deposito di materiale sporco (contenitore dei rifiuti)?

Aree operative

SRST.5.1014

E' individuata una zona da destinare al deposito di materiale d'uso e attrezzature?

Aree operative

SRST.5.1015

Si ha in dotazione una lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso di improvvisa interruzione di corrente elettrica?

Aree operative

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

SRST.5.1019

La superficie della sala d'attesa è adeguata all'accoglienza degli utenti?

Sala attesa

SRST.5.1020

Sono assicurati un'ottimale illuminazione e ricambio d'aria?

Sala attesa. In assenza, devono essere garantiti, artificialmente, una adeguata illuminazione e un sufficiente ricambio d'aria.

SRST.5.1021

Si ha in dotazione una lampada d'emergenza che si attiverà automaticamente in caso d'improvvisa interruzione di corrente elettrica?

Sala attesa

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

SRST.5.1022

E' previsto l'antibagno qualora al servizio igienico non si acceda da un disimpegno?

Servizi igienici

SRST.5.1023

Le pareti sono piastrelate sino ad una altezza minima di mt. 2?

Servizi igienici

SRST.5.1024

Il lavabo è corredato di rubinetteria possibilmente a comando non manuale, di dispenser per sapone e d'asciugamani monouso?

Servizi igienici/Locale destinato alle pratiche di decontaminazione e di sterilizzazione

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

S RTE.5.1028

Si dispone di un riunito odontoiatrico?

S RTE.5.1029

Si dispone di sediolini per l'operatore?

S RTE.5.1030

Si dispone di un'autoclave?

Prestazione :
Macro attività :
Attività :

S RST.5.1025

Se ubicato in un ambiente non finestrato all'esterno è dotato di sistema artificiale d'aerazione che assicuri un minimo di 6 ricambi di volume aria/ora?
Servizi igienici. Non vi devono essere installati scaldabagni a fiamma libera.

S RST.5.1026

Il servizio igienico è dotato di lampada d'emergenza che si attiva automaticamente in caso d'improvvisa interruzione di corrente elettrica?
Servizi igienici

S RST.5.1027

Il servizio igienico può essere raggiunto da chiunque, senza l'attraversamento delle sale operative?
Servizi igienici

Requisiti Organizzativi Generali

Denominazione della struttura:
Ambulatorio odontoiatrico

Istanza di: *Accreditamento*

Tipo struttura

Ambulatorio Odontoiatrico

SGRT.1.1B.004

E' previsto un inventario delle apparecchiature in dotazione ed un registro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, anche ai fini dei controlli di sicurezza e di qualità?

SGRU.1.1B.003

Vengono indicate le generalità, le qualifiche ed il ruolo professionale degli operatori della struttura, tenendo presenti i volumi e le tipologie di attività individuate?

SROR.1.1B.002

Sono definite l'organizzazione e le modalità con le quali si intendono garantire l'assistenza e le prestazioni correlate all'autorizzazione (orari di apertura, modalità di accesso etc.)?

Prestazione:
Macro attività:
Attività:

SRTE.5.1.031

Si dispone di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.)?

SRTE.5.1.032

Si dispone di materiali monouso (cannule di aspirazione, bicchieri, mantelline ecc.)?

SRTE.5.1.033

Si dispone di strumentario necessario per l'attuazione delle diverse prestazioni odontoiatriche (conservativa, protesica ecc.)?

SRTE.5.1.034

Si dispone di aspiratore chirurgico ad alta velocità?